

OFICIO n.º 65/2014

Ibitinga, 08 de dezembro de 2.014.

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO CMI N.º 1212/2014, CONTENDO O REQUERIMENTO N.º 340/2014.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento da Câmara Municipal de Ibitinga, Protocolo Geral n.º 1212/2014, de 24/11/2014, solicitando resposta ao REQ 340/2014, de autoria do Vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, respondemos conforme o que segue.

1) COMO É FEITO O REPARO DO APARELHO? A MANUTENÇÃO PREVENTIVA É REALIZADA PERIODICAMENTE?

O conserto do aparelho de Raio-X é realizado por técnico especializado na manutenção de equipamentos de diagnóstico por imagens. Quando acionado, procede a análise e aos reparos necessários.

A manutenção preventiva é realizada periodicamente.

2) QUAL É A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO?

Desde o ano de 2008, a manutenção e reparos do aparelho de Raio-X é feita por técnico especializado, o qual também presta serviços para a Clínica Ibimagem - Diagnósticos por Imagem.

3) EXISTE PREVISÃO PARA O EQUIPAMENTO VOLTAR A FUNCIONAR?

O aparelho já se encontra em pleno funcionamento.

4) HÁ PREVISÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO RAIOS-X PARA O PRONTO SOCORRO DA VILA MARIA?

Estamos em busca de recursos para a aquisição de um novo equipamento de Raios-X para ser instalado na nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em construção em frente ao Corpo de Bombeiros. Desta forma, temos a intenção de destinarmos o atual equipamento instalado no Pronto Socorro do Centro para o da Vila Maria.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para enviar-lhe nossas cordiais saudações.


ANA PAULA REIS CÉU
Interventora Judicial

Exmo. Sr. Dr.

MARCEL PINTO DA COSTA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA-SP