



Ofício 104/2021  
Ibitinga, 01 de Março de 2021.

**Assunto: Responde requerimento 59/2021, do ilustre vereador Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre o que se segue:**

- Como está o estoque de oxigênio no Município de Ibitinga?
- Tem estoque suficiente para quanto tempo?

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 59/2021 (Protocolo 385/2021), **requer informações sobre o que se segue, como está o estoque de oxigênio no Município de Ibitinga e se tem estoque suficiente para quanto tempo?**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

**CRISTINA MARIA KALIL ARANTES**  
Prefeita Municipal

Exmo. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



**OFÍCIO SCI – N.º 27/2021.**

**Ibitinga/SP, 26 de fevereiro de 2021.**

**Ref.:** Em resposta ao requerimento 59/2021 do Protocolo Geral nº 385/2021 datado em 15/02/2021 – 16h44min.

**Autoria:** Richard Porto de Rosa

**Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal  
Cristina Maria Kalil Arantes  
PREFEITA MUNICIPAL  
Ibitinga – SP**

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Em atendimento ao contido no Ofício e Requerimento acima mencionados, vimos por meio deste, informar que:

**1) Como está o estoque de oxigênio no município de Ibitinga?**

**R:** Na data de hoje 26 de fevereiro de 2021 às 14h53min, segue a quantidade de m<sup>3</sup> em cada unidade sobre gestão da Santa Casa:

**UPA** = 08 cilindros de oxigênio sendo de 10m<sup>3</sup> cada. Abastecidos semanalmente.

**Pronto Socorro Vila Maria** = 08 cilindros de oxigênio de 10m<sup>3</sup> cada. Abastecidos semanalmente.

**Santa Casa** = 128m<sup>3</sup> de oxigênio do tanque central com capacidade de armazenamento de 1.528m<sup>3</sup>.



**2) Tem estoque suficiente para quanto tempo?**

**R:** Atualmente o consumo de oxigênio oscila a cada segundo, pois estamos vivenciando uma grande luta no enfrentamento contra a COVID-19. Essa demanda encontra-se alta diariamente, desta forma, os oxigênios são abastecidos de acordo com o consumo.

Na UPA e Vila Maria os cilindros são abastecidos semanalmente, na Santa Casa possui um tanque central com sensor via satélite, do qual tem por função, informar diariamente à empresa distribuidora White Martins sempre que o estoque encontrar-se em nível baixo, assim consequentemente, é agendado a reposição automaticamente.

Diante de tais considerações, espera-se ter respondido à contento as indagações, ficando à disposição para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,



**Vanessa Aparecida Pultrini de Oliveira**  
**DIRETORA EXECUTIVA**

